

ПРОТОКОЛ №1

по чл. 103, ал. 3 ЗОП във връзка с чл. 54 ППЗОП за разглеждане и оценка на офертите, подадени за участие в процедура на публично състезание по реда на Глава двадесет и пета ЗОП

На 08.11.2017 г. в 10:00 часа, комисията, назначена със Заповед № Р-690/08.11.2017 г., на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Марина“, ЕАД, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП, се събра в Пресцентър на ет.1 на високото тяло на лечебното заведение да разгледа и оцени офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Избор на изпълнител на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици АРОТЕСАchemo, за период от една година“**, открита с Решение № Р-634 от 16.10.2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Ганева - главен юрисконсулт в Отдел „Юридически“;

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА“;

2. м.ф. Нели Петкова - Управител Болнична аптека.

и в отсъствието на други лица, проведе публично заседание по реда на чл. 54, ал. 2 ППЗОП.

I. Комисията започна своята работа след като председателят на комисията получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Ганева запозна присъстващите със списъка на получените оферти, след което всички членове на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП.

В обявения от Възложителя е постъпила 1 (една) оферта:

№	Подател на офертата	Номер, дата и час на получаване
1.	„Молекулар Солушънс България“ ЕООД	ВК-2954/31.10.2017 г; 13:30 часа

II. Комисията продължи работата си с отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, като председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията констатира, че участникът **„Молекулар Солушънс България“ ЕООД** е представил оферта, съдържаща 31 (тридесет и една) страници, включително и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В опаковката участникът е представил следните документи:

№	Описание на документа
1.	Опис на представените документи
2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
3.	Предложение за изпълнение на поръчката
4.	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, „в“ ППЗОП
5.	Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, „г“ ППЗОП
6.	Копие на сертификат, че системата за управление на качеството отговаря на ISO 9001:2008
7.	Копие на сертификат от 12.06.2015 г. за преминато обучение на сервизен инженер

Членовете на комисията подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

IV. Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Офертата на „Молекулар Солушънс България“ ЕООД бе допусната до разглеждане на техническото предложение.

V. В техническото си предложение „Молекулар Солушънс България“ ЕООД предлага следното:

1. В Предложение за изпълнение на поръчката (образец №3) участникът офертира, че:

1.1. В поддръжката на работа ще се включват неограничен брой сервизни часове за:

- а) профилактика;
- б) диагностика на повреда;
- в) отстраняване на хардуерна или софтуерна повреда;

г) подмяна на всички дефектирани части.

1.2. Ще поддържа на склад минимум следните резервни части, необходими за сервизната поддръжка на работата:

№	Описание на резервната част	Брой
1	Помпа	1
2	Електромагнитен вентил за помпа	3
3	DVI-VGA кабел	1
4	Робот кабел-спирала	5
5	RS232 Баркод четец	1
6	Конектор за кабел-спирала	5
7	Кабел за баркод четеца	1
8	Захранване 3-фазно 20A	1
9	Захранване 3-фазно 40A	1
10	Захранване 12VDC 3A	1
11	Захранване 5VDC 8A	1
12	UPS	1
13	Принтер за етикети	1
14	LED лампа	4
15	UV лампа	10
16	Въздушен филтър 519	1
17	Въздушен филтър 520	1
18	Основа на манипулатор (лява страна)	1
19	Основа на манипулатор (дясна страна)	1
20	Пръстен за разпознаване на иглата	4
21	Еластични колани за фиксиране на въздушния филтър	12
22	Горна част на манипулатор (лява страна)	1
23	Горна част на манипулатор (дясна страна)	1
24	Пластмасов ограничител на захващаща основа	8
25	Пластмасов ограничител на захващаща основа	2
26	Зъбен ремък	1
27	Държач на камера за идентифициране на игли	1
28	Комплект резервоар	
	28.1. Туба за остатъчни течности	1
	28.2. Конектор за тръбичката	1
	28.3. Адаптер за тръбичката	1
	28.4. Въздушен клапан	1
29	Предпазител 10A 600V	10
30	Предпазител 1A 600V	10
31	Предпазител 2A 600V	10
32	Предпазител 4A 600V	10
33	Предпазител 6A 600V	10
34	Предпазител NOC-10	10
35	Предпазител NOS-2	10
36	Предпазител R 4A 600V	10
37	Предпазител R 4A 600V	10
38	Гумен О-пръстен за камера идентифицираща игли	3
39	Камера за идентифициране на игли	1
40	IR Сензор на каросела	1
41	Уред за измерване на налягането	1
42	Превключвател на диференциалното налягане 125	2
43	Превключвател на диференциалното налягане 25	2

44	Магнитен датчик за врата	2
45	Лазер за идентифициране височината на флаконите	1
46	Индуктивен сензор	2
47	Вътрешен баркод четец	1
48	IR сензор за запълнен контейнер за отпадъци	2
49	Ръчен баркод четец	1
50	Температурен сензор	1
51	Годишен комплект за поддръжка	
	51.1. Въздушен филтър	1
	51.2. Торба за филтър	1
	51.3. Еластичен колан за захващане на торбата за филтър	1
	51.4. Филтър за помпа	1

1.3. В срок до 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора, ще бъдат обучени служители за работа с робота, за което ще бъдат издадени поименни протоколи за обучение.

1.4. Участникът разполага със сервизен техник, притежаващ съответен документ, удостоверяващ, че същият е преминал обучение за сервизиране на робота. Копие от сертификата е приложен към офертата.

1.5. Ще води досие на робота, включващо всички протоколи за профилактики и отстраняване на повреди, в който ще се описват:

- а) име на сервизния инженер, извършил профилактика или отстраняване на повреда;
- б) причина за повреда, ако има такава;
- в) дата и начален час на явяване на сервизен инженер на място при робота;
- г) дата и краен час на завършване на профилактика или отстраняване на повреда;
- д) наименование и количество на вложени резервни части;
- е) име и подпис на служител на възложителя, приел извършената работа.

1.6. Ще извършва периодична профилактика на робота, но не по-малко от веднъж на 3 (три) месеца.

1.7. Ще осигури на място при робота сервизен техник най-късно до 3 (три) часа, считано от часа на приета заявка за ремонт.

1.8. Сервизният техник ще извърши диагностика и ще отстрани повредата в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от часа на явяването му при робота.

1.9. При невъзможност за спазване на срока по т. 1.8. поради нуждата от влагане на специфична и неналична в неговия склад резервна част, ще уведоми писмено възложителя за срока на доставката ѝ. Максималният срок за доставка на частта е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на писменото уведомяване на възложителя.

1.10. При необходимост, действията по сервизна поддръжка на робота могат да се извършват и в извън работното време на възложителя, включително през почивни и празнични дни, като тези действия е ще бъдат предварително съгласувани и одобрени от възложителя, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа преди евентуалното им извършване.

Комисията приема техническото предложение на „Молекулар Солушънс България“ ЕООД като съответстващо на изискванията на възложителя.

Офертата се допуска до оценка въз основа на критерий най-ниска цена.

VI. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията определи отваряне на ценовите предложения на участниците да се състои на 15.11.2017 г. (сряда) от 09:00 часа в стая 118 А, Маркетинг, ет. 1 на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1.

Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица посредством съобщение, публикувано в Профила на купувача на 10.11.2017 г.

VII. На заседанието на комисията, проведено на 15.11.2017 г., не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 ППЗОП. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести офертираната цена, както следва:

112 456, 52 лв. (сто и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева и петдесет и две стотинки) без ДДС, съответно **134 947, 82 лв.** (сто тридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и две стотинки) с ДДС.

Ценовото предложение не надхвърля финансовия ресурс, определен от възложителя за настоящата обществена поръчка.

VIII. Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на получената оферта, комисията класира на първо място Молекулар Солушънс България“ ЕООД.

15.11.2017 г.

Председател: Михаела Ганева: ..

Членове: Инж. Павел Щерев: ..

м.ф. Нели Петкова: ..

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП